

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПИСЬМО
от 27 января 2011 г. N 14-18-044

ГУП "Гормедтехника" проведены контрольные мероприятия по выполнению учреждениями здравоохранения требований приказа Департамента здравоохранения города Москвы N 1444 от 12.11.2009 "Об утверждении временных эксплуатационных и технического обслуживания медицинской техники, систем работы со сжатыми газами и порядка ремонта медицинской техники в медицинских учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы".

Установлено, что заключены договоры с ООО "РИОМЕТ" на техническое обслуживание оборудования радионуклидной диагностики и рентген терапевтических аппаратов.

Указанная организация в соответствии с выданной Ростехнадзором лицензией N ЦО-03-209-3213 со сроком действия с 12.07.2006 до 01.07.2011 имеет право на проведение технического обслуживания и ремонта гамма-камер с использованием закрытых радионуклидных источников (ЗРИИ) заказчика работ.

В договорах, указанная организация предполагает проведение технического обслуживания и ремонта гамма-камер с использованием открытых радионуклидных источников (ОРИИ), что не разрешено вышеуказанной лицензией.

Дополнительно сообщаем, что ООО "РИОМЕТ" не имеет лицензии Роспотребнадзора на работы с источниками ионизирующего излучения.

В связи с вышеизложенным необходимо в срок до 07.02.2011 предоставить в управление лицензирования и аккредитации Департамента здравоохранения города Москвы информацию об устранении выявленных нарушений с приложением соответствующих документов (факс 962-13-33).

Первый заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы
А.Ю. Абрамов
